



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz jednostki miary):

Monitor Skażeń Radioaktywnych typ EKO-C

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest monitor skażeń radioaktywnych typ EKO-C - 1 szt.

Dane techniczne urządzenia:

- 1) Detektor: okienkowy licznik Geigera-Müllera.
- 2) zakresy pomiarowe:
 - moc dawki: 0,01 do 1000 $\mu\text{Sv/h}$
 - skażenie powierzchni: 0.1 do 10000 Bq/cm²
 - częstość impulsów: 0.1 do 10000 cps
- 3) Zakres energetyczny pomiaru:
 - dla X i gamma: od 50 keV do 1.5 MeV, $\pm 30\%$ do 20 keV przy otwartej przesłonie (w odniesieniu do Cs-137)
 - promieniowanie beta: powyżej 100 keV
 - promieniowanie alfa: powyżej 4 MeV
- 4) Podstawowy błąd pomiaru promieniowania:
 - X i gamma: nie większy niż $\pm 15\%$ (w odniesieniu do Cs-137)
 - alfa i beta: $< \pm 50\%$ (dla izotopów wymienionych w Karcie Badania)
- 5) Zasilenie monitora: badanie akumulatorów NiMH 4x1.2V, 2Ah
- 6) Czas pracy ciągłej: nie mniej niż 40 godz.
- 7) warunki klimatyczne:
 - temperatura -10°C do 40°C
 - wilgotność względna do 80% przy 30°C
- 8) Wymiary: 100mmx170mmx85mm (z uchwytem)
- 9) Masa: ok. 500g

Proszę w swojej ofercie uwzględnić termin i koszt transportu.

Osoba do kontaktu pod względem technicznym: Paweł Tokarski tel. 512 439 051, e-mail:
pawel.tokarskii@mpo.com.pl

Termin składania ofert upływa w dn.: 2019-08-08 o godz. 12:00

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia: Dominika Błażejczyk

Tel. kontaktowy: 22 391 02 04

Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:

- drogą mailową na adres: dominika.blazejczyk@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. DZA, ul. Kopijników 13

Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.